




**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MINEIROS**  
Avenida das Caparozas, Qd.85 Lt.20, St. Boa Vista  
CNPJ:11 924 138/0001-01  
Telefone: (64) 3661-0043

**RELATÓRIO TÉCNICO**

O Laboratório Municipal de Mineiros (LMM) vêm, por meio deste, informar que atualmente utiliza o equipamento de Hematologia da marca Mindray, modelo BC5380 e, o mesmo requer, obrigatoriamente, Reagentes Originais para o funcionamento com qualidade e precisão. O equipamento é fechado para marcas paralelas, ou seja, não é validado hemogramas quando não se faz uso dos reagentes originais para o equipamento. Sendo assim, torna-se necessário e exclusivo a aquisição dos reagentes hematológicos: M-53 CLEANSER, M-53 DILUENTE, M-53 LEO I, M-53 LEO II, M-53 LH LYSE.

O sistema utilizado para produção de água pura para a rotina laboratorial é a Osmose Reversa da marca On-Lab, cujo NS é 0118P50014, que requer o kit preventivo de manutenção anual, incluindo filtro microporoso, filtro de carvão ativado, resina, membrana e tubulação de saída, os quais são homologados pela empresa On-Lab, com certificado de qualidade, garantindo a eficiência na produção de água. O equipamento é fechado para marcas paralelas, não apresentando a mesma qualidade e ainda provocando danificação nas membranas, sendo assim, torna-se necessário e exclusivo a aquisição do kit produzido pela empresa On-Lab.

O LMM informa ainda que os Reagentes, Controles e Calibradores de Bioquímica deverão ser licitados juntos, como produto único, ou seja, os itens citados entre 116 a 137 serão licitados juntamente, como um único lote, evitando dessa forma que sejam de marcas divergentes, garantindo assim, o adequado funcionamento do equipamento e a exatidão dos testes realizados no mesmo. Portanto, fica determinado que no edital 2019/1 da licitação de materiais de laboratório os itens relacionados à Bioquímica deverão ser licitados em um mesmo lote, considerando que inúmeros problemas foram relatados quando utilizamos controles, calibradores e reagentes de marcas diferentes, comprometendo a qualidade dos

  
Elisa Lima Vieira  
Farmacêutica - Bioquímica  
CRF-GO 10126

exames realizados neste estabelecimento, que por fim ocasiona erros de dosagens e de diagnóstico. Assim como os reagentes empregados para determinação da Tipagem Sanguínea, descritos nos itens citados de 100 ao 105, os quais deverão ser da mesma marca, garantindo qualidade da determinação da fenotipagem, por isso os mesmos serão licitados juntamente, como um único lote.


Para a análise química da urina, na Uroanálise, o LMM qualificou as Tiras Reagentes da marca LABTEST, através da validação de controle interno de qualidade, desqualificando outras marcas por reações cruzadas e/ou presença de interferentes, alterando a coloração das almofadas absorventes impregnadas com marcadores químicos mesmo quando não há determinado marcador na amostra de urina. Foram desqualificadas as marcas LABOR IMPORT, BIOCON, URISCAN, DIABUR-TEST, CHOICE LINE, URIGOLD, URISTIK, LIZ, DIANOS, BIO-TECH, URI-TEST, MISSION, BIOTÉCNICA.

O LMM tem como analisador automático de Coagulação Sanguínea o equipamento Genius CA 51, o mesmo apresenta bom desempenho de leitura para Tempo de Protrombina (TAP) e Tempo de Tromboplastina Parcialmente Ativada (TTPA) quando utilizou o reagente da marca BIOCLIN. Inúmeros reagentes de outras marcas foram testados, porém não foram validados, desqualificando as marcas IN VITRO, LABTEST, WAMA DIAGNÓSTICA, VYTTRA, EPIMED, BIO DIAGNÓSTICA, INLAB, LABORCLIN, WIENER, BIOSYSTEMS.

Fica determinado no momento a desqualificação das marcas ORANGE para determinação rápida da Troponina I e a marca PEGUEPET de micropipetas, ambas não apresentaram qualificação mínima exigida para atender as necessidades do Laboratório Municipal de Mineiros.

A equipe de Bioquímicos e Biomédicos do LMM espera que esta solicitação seja atendida para o desenvolvimento da Licitação, garantindo assim a qualidade dos testes e, consequente atendimento, da melhor forma possível, dos pacientes que dependem deste setor.

Mineiros, 29 de Junho de 2019.

  
**ELISA LIMA VIEIRA**  
**COORDENADORA DO LMM**  
**FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA**  
**CRF. 10.126**